

előterjesztő: Sátyl Balázs elnök

1. 11.  
..... sz. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2020. június 22-ei tervezett ülésére

**Tárgy: Javaslat az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan "Digitális röntgen berendezések" tárgyú közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára**

Előterjesztő: Sátyl Balázs elnök

Készítette: Tóth Gyöngyi, Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési Iroda

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

*Mellékletek:* 1. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv

2. számú melléklet: Bíráló Bizottsági ülésről jegyzőkönyv

### Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

#### I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) II. része szerinti, nyílt, uniós közbeszerzési eljárást (Kbt. 81. § (1) bekezdés) indított „Digitális röntgen berendezések” tárgyban. Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.

A közbeszerzési eljárás megindításáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján hozott 118/2020. (IV.06.) számú határozatban Polgármester Úr döntött.

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz 2020.06.08 11:00 óráig az eljárásban benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően 2020.06.08. napján.

A bontáson ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 89.465.354,- HUF

A fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett.

	<b>Részszerpont</b>	MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1224 Budapest, XVI. utca 37.)
1.	<b>Nettó ajánlati ár összesen (HUF)</b>	94 310 000,-
2.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen Asztallap szélessége min. 70cm felett (0-10cm)</b>	15
3.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya min. 160 cm felett (0-20cm)</b>	18

4.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés:</b> A vezérlőkonzolra szerelt mikrofon és a szerkezetbe gyárilag beépített hangszóró a kezelő és a paciens közötti kommunikációhoz (Igen/nem)	Igen
5.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés:</b> Röntgenső burkolatában, a pacienssel szemben elhelyezett kamera a paciens megfelelő pozicionáláshoz (az élőkép a vezérlő konzolba épített képernyőn jelenik meg) (Igen/nem)	Igen
6.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen:</b> A vizsgáló szerkezetbe épített komfort funkció (relaxációs fény és/vagy hang) (igen/ nem)	Igen
7.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Röntgenső tartó állvány</b> -Vezérlő képernyő funkcióinak száma 3 (igen/ nem)	Igen
8.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés:</b> felvételi asztallap szélessége min 80 cm felett (0-10 cm)	10
9.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Fali bucky állvány</b> a bucky szerkezet függőleges mozgásakor a mozgató fogantyú a kéz mozgását követve elfordul (igen/nem)	Igen
10.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Direkt digitális detektor</b> energia ellátás módja cserélhető akkumulátoros (igen/nem)	Igen
11.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Vezérlő konzol</b> - rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem)	Igen

A bontást követően a beérkezett ajánlat előzetes bírálata során az Ajánlatkérő ellenőrizte, hogy

- az érvényes ajánlattételhez szükséges valamennyi irat, igazolás, nyilatkozat, egyéb előírt dokumentum szerepel-e az ajánlatokban;
- azok megfelelnek-e az előírt formai és tartalmi követelményeknek;
- nem áll-e fenn ajánlattevőkkel szemben kizáró ok a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban;
- elvégezte az ajánlat értékelését.

A benyújtott ajánlat Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdések szerinti bírálata alapján megállapításra került, hogy az ajánlat szakmai szempontból megfelelő és nincs a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekmények elvégzésére okot adó körülmény sem.

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1224 Budapest, XIV. utca 37.) ajánlattevő ajánlata megfelelő.

A Kbt. 69. (3) bekezdése szerinti megfelelőnek talált ajánlat értékelési szempont szerinti értékelését elvégezte, az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint, a legjobb ár-érték arány megjelenítő szempontok alapján történt.

Megállapítható továbbá, hogy **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** az M1 alkalmassági feltétel teljesülésére vonatkozó igazolásokat az ajánlatában nem nyújtotta be, így a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint szükséges eljárni.

A Bíráló bizottság 2020. június 16-án 10 órakor tartotta ülését, melyen az alábbi köztes döntést javasolta:

- Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1224 Budapest, XIV. utca 37.) ajánlattevő ajánlata megfelelő,
- Bírálóbizottság egyhangúlag javasolta az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ét**, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az **M1** alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások benyújtására.

Jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Bírálóbizottsági jegyzőkönyv tartalmazza a Bírálóbizottsági tagok bírálatát is, így külön egyéni bírálati lap nem készült.

## **II. A betérjesztés indoka**

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A döntés célja, a „Digitális röntgen berendezések” beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelynek része a köztes döntés meghozása.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság **döntési hatáskörébe** tartozik tárgyi ügy.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## Határozati javaslat

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának ...../2020. (VI.22.) számú határozata**

### **"Digitális röntgen berendezések" tárgyú közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára**

**A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy**  
az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan " **Digitális röntgen berendezések**"  
tárgyú közbeszerzési eljárásban **elrendeli** a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a **MEDIMAT  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ét**, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok  
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az **M1** alkalmassági  
követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt  
igazolások benyújtására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. június 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési  
Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a  
közzététel módjára: honlapon.

Budapest, 2020. június 17.

Sátyl Balázs  
elnök

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA

LEÍRTA: TÓTH GYÖNGYI GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS

JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:

dr. VÖRÖS SZILVIA  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET  
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SÁTLY BALÁZS  
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Józsefvárosi Önkormányzat** (Magyarország, 1082 Budapest Baross Utca 63-67. ), mint Ajánlatkérő által megindított „**Digitális röntgen berendezések**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

---

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.06.08 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 89465354 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

---

**Ajánlattevő neve:** MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
**Székhelye:** 1224 BUDAPEST XIV. UTCA 37

**Nettó ajánlati ár összesen (HUF):**  
94310000

**Digitális felvételi/átvilágító röntgen Asztallap szélessége min. 70cm felett (0-10cm):**  
15

**Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya min. 160 cm felett (0-20cm):**  
18

**Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: A vezérlőkonzolra szerelt mikrofon és a szerkezetbe gyárilag beépített hangszóró a kezelő és a paciens közötti kommunikációhoz (Igen/nem):**  
IGEN

**Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Röntgencső burkolatában, a pacienssel szemben elhelyezett kamera a paciens megfelelő pozicionáláshoz (az élőkép a vezérlő konzolba épített képernyőn jelenik meg) (Igen/nem):**  
IGEN

**Digitális felvételi/átvilágító röntgen: A vizsgáló szerkezetbe épített komfort funkció (relaxációs fény és/vagy hang) (igen/ nem):**  
IGEN

**Digitális felvételi röntgen berendezés: Röntgencső tartó állvány -Vezérlő képernyő funkcióinak száma 3 (igen/ nem):**  
IGEN

**Digitális felvételi röntgen berendezés: felvételi asztallap szélessége min 80 cm felett (0-10 cm):**  
10

**Digitális felvételi röntgen berendezés: Fali bucky állvány a bucky szerkezet függőleges mozgásakor a mozgató fogantyú a kéz mozgását követve elfordul (igen/nem):**  
IGEN

**Digitális felvételi röntgen berendezés: Direkt digitális detektor energia ellátás módja cserélhető akkumulátoros (igen/nem):**  
IGEN

**Digitális felvételi röntgen berendezés: Vezérlő konzol - rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem):**

IGEN

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

**JEGYZŐKÖNYV**  
**BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL**

**I.**  
**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

- 1. Ajánlatkérő neve és székhelye:** Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross utca 63-67.)
- 2. A közbeszerzés tárgya:** Digitális röntgen berendezés beszerzése
- 3. A közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:** Ajánlatkérő a Kbt. Második Rész, Uniós értékhatárt elérő, Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett. EKR azonosító: EKR000466242020
- 4. Eljárési cselekmény:** köztes döntési javaslat a részletes igazolás bekérésről
- 5. Helyszín:** Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
- 6. Időpont:** 2020. 06.16. 10:00.
- 7. A jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:** A Bírálóbizottság alulírott tagjai.

**II.**  
**AJÁNLATOK BONTÁSA**

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz 2020.06.08 11:00 óráig az eljárásban benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az ajánlattételi határidő lejárta követően 2020.06.08 . napján.

A bontáson ismertetésre került a rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 89465354 HUF

A fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy ajánlat érkezett.

**Ajánlattevő neve:** MEDIMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1224 BUDAPEST XIV. UTCA 37)

**Nettó ajánlati ár összesen HUF:** 94 310 000,-

Digitális felvételi/átvilágító röntgen Asztallap szélessége min. 70cm felett (0-10cm): 15

Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya min. 160 cm felett (0-20cm): 18

Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: A vezérlőkonzolra szerelt mikrofon és a szerkezetbe gyárilag beépített hangszóró a kezelő és a paciens közötti kommunikációhoz (Igen/nem): IGEN

Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés: Röntgenső burkolatában, a pacienssel szemben elhelyezett kamera a paciens megfelelő pozicionáláshoz (az élőkép a vezérlő konzolba épített képernyőn jelenik meg) (Igen/nem): IGEN

Digitális felvételi/átvilágító röntgen: A vizsgáló szerkezetbe épített komfort funkció (relaxációs fény és/vagy hang) (igen/ nem): IGEN

Digitális felvételi röntgen berendezés: Röntgenső tartó állvány -Vezérlő képernyő funkcióinak száma 3 (igen/ nem): IGEN

Digitális felvételi röntgen berendezés: felvételi asztallap szélessége min 80 cm felett (0-10 cm): 10

Digitális felvételi röntgen berendezés: Fali bucky állvány a bucky szerkezet függőleges mozgásokor a mozgató fogantyú a kéz mozgását követve elfordul (igen/nem): IGEN

Digitális felvételi röntgen berendezés: Direkt digitális detektor energia ellátás módja cserélhető akkumulátoros (igen/nem): IGEN

Digitális felvételi röntgen berendezés: Vezérlő konzol - rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem): IGEN

### III. AJÁNLATOK BÍRÁLATA

A benyújtott ajánlat Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdések szerinti bírálata alapján megállapításra került, hogy az ajánlat szakmai szempontból megfelelő és nincs a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekmények elvégzésére okot adó körülmény sem.

Az ajánlat Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés szerinti bírálata:

Felolvasólap  Megfelelő

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében  Megfelelő

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében  Megfelelő

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az úrlapon jelölni, hogy „Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.”)  Megfelelő

Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat  Megfelelő

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)  Megfelelő

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (kérjük az úrlapo(ko)n feltüntetni az Ajánlatkérő által a felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokat /Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok/)  Megfelelő

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)  Megfelelő

Nyilatkozat változásbejegyzés vonatkozásában  Megfelelő

Aláírás minta  Megfelelő

Szakmai ajánlat  Megfelelő

Kereskedelmi ajánlat  Megfelelő

Formai elvárások  Megfelelő

Megfelelőségi Igazolás:  Megfelelő



**IV.**  
**AZ AJÁNLATOK KBT. 69. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT**  
**MEGFELELŐSÉGÉRŐL**

A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1224 BUDAPEST XIV. UTCA 37) ajánlattevő ajánlata megfelelő.

**V.**  
**A KBT. 69. § (3) BEKEZDÉSE SZERINT MEGFELELŐNEK TALÁLT**  
**AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE**

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történik.

	<b>Részszerpont</b>	<b>Súlyszám</b>	<b>Psz</b>	<b>Spsz</b>
1.	<b>Nettó ajánlati ár összesen (HUF)</b>	150	100	15000
2.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen</b> <b>Asztallap szélessége min. 70cm felett (0-10cm)</b>	15	100	1500
3.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés:</b> Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás tartománya min. 160 cm felett (0-20cm)	10	100	1000
4.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés:</b> A vezérlőkonzolra szerelt mikrofon és a szerkezetbe gyárilag beépített hangszóró a kezelő és a paciens közötti kommunikációhoz (Igen/nem)	10	100	1000
5.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés:</b> Röntgencső burkolatában, a paciensekkel szemben elhelyezett kamera a paciens megfelelő pozicionáláshoz (az élőkép a vezérlő konzolba épített képernyőn jelenik meg) (Igen/nem)	10	100	1000
6.	<b>Digitális felvételi/átvilágító röntgen:</b> A vizsgáló szerkezetbe épített komfort funkció (relaxációs fény és/vagy hang) (igen/ nem)	5	100	500
7.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés:</b> <b>Röntgencső tartó állvány -Vezérlő képernyő</b> funkcióinak száma 3 (igen/ nem)	10	100	1000
8.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés:</b> felvételi asztallap szélessége min 80 cm felett	15	100	1500

Digitális röntgen beszerzése

	(0-10 cm)			
9.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Fali bucky állvány</b> a bucky szerkezet függőleges mozgásakor a mozgató fogantyú a kéz mozgását követve elfordul (igen/nem)	5	100	500
10.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Direkt digitális detektor</b> energia ellátás módja cserélhető akkumulátoros (igen/nem)	10	100	1000
11.	<b>Digitális felvételi röntgen berendezés: Vezérlő konzol</b> - rendszer kompatibilitás: a vezérlői program, a detektor és a röntgen berendezés gyártója azonos (igen/nem)	10	100	1000
	<b>Összesen</b>			26000

VI.

**KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA**

Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ét**, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az **M1** alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások benyújtására.

VII.

**KÖZTES DÖNTÉSI JAVASLAT**

A benyújtott ajánlat alapján a Bíráló Bizottság az alábbi köztes döntésre tesz javaslatot:


- Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1224 BUDAPEST XIV. UTCA 37)** ajánlattevő ajánlata megfelelő,
- Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, a **MEDIMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ét**, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az **M1** alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások benyújtására.


Digitális röntgen beszerzése


Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját.


Jegyzőkönyv lezárva 2020. 06.16. 10:30


Bíráló Bizottság tagjai:


  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

  
.....